

# Wartungsnachweis 4-Gas-Messgerät

**Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig,  
wenn der Hauptstempel oder der Sicherungsstempel verletzt oder entfernt werden.**

Betreiber : \_\_\_\_\_

Gerätetyp : \_\_\_\_\_

Geräte-Nr. : \_\_\_\_\_

## Wartung Benzin

halbjährlich      jährlich

### Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!

Abgasschlauch und Abgassonde reinigen	[ ]	[ ]
Abgasschlauch und Abgassonde auf Beschädigung prüfen	[ ]	[ ]
Vorfilter reinigen, ggf ersetzen	[ ]	[ ]
Grobfilter (Wasserabscheider) reinigen, ggf. ersetzen	[ ]	[ ]
Gummikappe für Dichtheitstest auf Beschädigung prüfen	[ ]	[ ]
Sämtliche Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen	[ ]	[ ]
Wartungsaufforderung bestätigen	[ ]	

### Netzstecker einstecken, Messgerät einschalten!

Fehlermeldung "Messbankunterdruck zu hoch" überprüfen		[ ]
O2-Sensor ersetzen (nur wenn vom Gerät gefordert)		[ ]
Prüfgasjustierung durchführen		[ ]
verwendetes Prüfgas : _____		
CO [% vol] : _____		[ ]
CO2 [% vol] : _____		[ ]
Propan [vol ppm] : _____		[ ]
Drucker überprüfen und reinigen		[ ]

Erläuterung 1 : \_\_\_\_\_

Erläuterung 2 : \_\_\_\_\_

Erläuterung 3 : \_\_\_\_\_

Halbjährliche Wartung fällig am:

\_\_\_\_\_

Wartungsdatum:

\_\_\_\_\_

Durchführender:

\_\_\_\_\_

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

Stempel:

**Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen, des MessEG §31 Abs.2 Nr. 4.**

**Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.**