

# Wartungsnachweis Dieselmessgerät

**Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig,  
wenn der Hauptstempel oder der Sicherungsstempel verletzt oder entfernt werden.**

Betreiber : \_\_\_\_\_

Gerätetyp : \_\_\_\_\_

Geräte-Nr. : \_\_\_\_\_

## Wartung Diesel

halbjährlich      jährlich

### Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!

Abgassonde und Abgasschlauch ausbauen und reinigen	[ ]	[ ]
Messoptik prüfen und reinigen		[ ]
Messzelle reinigen (nur bei starker Verschmutzung)		[ ]
Messoptik montieren		[ ]
Gewinde der Rändelmutter mit Montagepaste fetten	[ ]	[ ]
Abgassonde und Abgasschlauch montieren	[ ]	[ ]
Sämtliche Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen	[ ]	[ ]

### Messgerät einschalten und Betriebstemperatur abwarten!

Funktionskontrolle der Lüfter		[ ]
Manueller Nullabgleich durchführen		[ ]
Opazimeter-Justierung durchführen		[ ]
Prüfglaswert [%] : _____		[ ]
Istwert [%] : _____		[ ]
Drucker überprüfen und reinigen		[ ]

Erläuterung 1 : \_\_\_\_\_

Erläuterung 2 : \_\_\_\_\_

Erläuterung 3 : \_\_\_\_\_

Halbjährliche Wartung fällig am:

\_\_\_\_\_

Wartungsdatum:

\_\_\_\_\_

Durchführender:

\_\_\_\_\_

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

Stempel:

**Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen, des MessEG §31 Abs.2 Nr.4.**

**Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.**