



Wartungsnachweis Dieselrußmessgerät

Achtung!

Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn Hauptstempel oder Sicherungsstempel verletzt oder entfernt werden.

Betreiber:

Gerätetyp: Geräte-Nr.:

Die Festlegung des Messgeräteherstellers in der Bedienungsanleitung zur Wartung sind Grundlage für die Wartungsarbeiten.

Durchzuführende Arbeiten

☐ Wartung (alle 180 Tage)

☐ Wartung, ggf. mit Justierung (alle 360 Tage)

Gerät ist ausgeschaltet

Abgasmesssonde vom Messkopf entfernen und reinigen

Messoptik ausbauen, überprüfen und reinigen

Messzelle reinigen

Filtermatte des Gebläses reinigen (ggf. ersetzen)

Gewinde der Messsonde und der Optikverschlüsse wieder gut einfetten

Optik und Messsonde montieren

Alle Kabel und Schlauchanschlüsse auf festen Sitz überprüfen

Messgerät einschalten und Betriebstemperatur abwarten

Funktionskontrolle des Gebläses

Manueller Nullabgleich

Kontrolle mit Prüfglas Prüfglaswert:% Ist-Wert:%

ggf. Justierung mit Prüfglas Prüfglaswert:% Ist-Wert:%

Drucker überprüfen und reinigen; ggf. Farbband ersetzen

Wartungsaufforderung mit „**Wartungsbestätigung**“ rücksetzen

Bemerkungen:

.....

.....

Datum der erfolgten Wartung:.....

Nächste Wartung ☐ 180 Tage ☐ 360 Tage am:

Durchführender:.....

Name (Druckschrift)

.....

Unterschrift

Stempel

**Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen des § 6 Abs. 2 der Eichordnung.
Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.**