

Wartungsnachweis 4- Gas- Messgerät

Die Betriebserlaubnis erlischt vorzeitig,
wenn Sicherungszeichen verletzt oder entfernt werden.

Betreiber: _____

Gerätetyp: _____

Geräte-Nr.: _____

Wartung Benzin

halbjährlich

jährlich

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!

Abgasschlauch und Abgassonde reinigen	☐	☐
Abgasschlauch und Abgassonde auf Beschädigung prüfen	☐	☐
Vorfilter reinigen, ggf ersetzen	☐	☐
Grobfilter (Wasserabscheider) reinigen, ggf. ersetzen	☐	☐
Gummikappe für Dichtheitstest auf Beschädigung prüfen	☐	☐
Sämtliche Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen	☐	☐
Feinfilter prüfen und ggf. ersetzen	☐	☐
Wartungsaufforderung bestätigen	☐	

Netzstecker einstecken, Messgerät einschalten!

Fehlermeldung "Messbankunterdruck zu hoch" überprüfen	☐
O2-Sensor ersetzen (nur wenn vom Gerät gefordert)	☐
Prüfgasjustierung durchführen	☐
verwendetes Prüfgas: _____	
CO [% vol]: _____	☐
CO2 [% vol]: _____	☐
Propan [vol ppm]: _____	☐
Drucker überprüfen und reinigen	☐

Erläuterung 1: _____

Erläuterung 2: _____

Erläuterung 3: _____

Halbjährliche Wartung fällig am:

Wartungsdatum:

Durchführender:

Unterschrift:

Stempel:

Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen, des MessEG §31 Abs.2 Nr. 4.

Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.

Seitenzahl im Wartungsbuch: _____

10.24