

Wartungsnachweis Opazimeter

Die Betriebserlaubnis erlischt vorzeitig,
wenn Sicherheitszeichen verletzt oder entfernt werden.

Betreiber: _____

Gerätetyp: _____

Geräte-Nr.: _____

Wartung Diesel

halbjährlich

jährlich

Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und abkühlen lassen!

Abgassonde und Abgasschlauch ausbauen und reinigen	☐	☐
Messoptik prüfen und reinigen		☐
Freigängigkeit des Nullgasschiebers prüfen	☐	☐
Messzelle reinigen (nur bei starker Verschmutzung)		☐
Messoptik montieren		☐
Gewinde der Rändelmutter mit Montagepaste fetten	☐	☐
Abgassonde und Abgasschlauch montieren	☐	☐
Sämtliche Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen	☐	☐

Messgerät einschalten und Betriebstemperatur abwarten!

Funktionskontrolle der Lüfter		☐
Manueller Nullabgleich durchführen		☐
Opazimeter-Justierung durchführen		☐
Prüfglaswert [%]: _____		☐
Istwert [%]: _____		☐
Drucker überprüfen und reinigen		☐

Erläuterung 1: _____

Erläuterung 2: _____

Erläuterung 3: _____

Halbjährliche Wartung fällig am:

Wartungsdatum:

Durchführender:

Unterschrift:

Stempel:

Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen, des MessEG §31 Abs.2 Nr. 4.

Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.