



Firma:

Geräte-Nummer:

W a r t u n g

Auszuführende Arbeiten

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen

- ☐ Abgasschlauch und Meßsonde reinigen und auf Beschädigungen überprüfen
- ☐ Vorfilter ausbauen und reinigen
- ☐ Grobfilter (Wasserabscheider) ausbauen und reinigen
- ☐ Feinfilter ersetzen
- ☐ Filtermatten des Kühllüfters reinigen
- ☐ Lecktestabdichtung auf Beschädigungen überprüfen
- ☐ Sämtliche Kabelverbindungen auf festen Sitz überprüfen

Netzkabel einstecken, Meßgerät einschalten

- ☐ Überprüfung der Fehlermeldung „Meßbankunterdruck zu hoch“
- ☐ Austausch des O₂ - Sensors (nur wenn vom Gerät gefordert)
- ☐ Prüfgaskalibration durchführen

Verwendetes Prüfgas CO __, __ % CO₂ __, __ % Propan _____ ppm

- ☐ Drucker überprüfen und reinigen; ggf. Farbband ersetzen

Bemerkungen:
.....
.....

Für die Wartung ist zuständig:

Nächste Wartung (*Intervall 180 Tage*) am

.....
Datum Unterschrift Stempel